装着方法　◇使用上の注意をご確認の上、正しく着用して下さい◇

<ベルト本体表側>



<ハニカムプレート>



ハニカムプレートのエッグシェルは仙腸関節の位置にあたるように装着して下さい。

仙腸関節 位置の見つけ方



まず、尾骨を探します。お尻の割れ目の線を下から上へまっすぐ指でなぞっていったときにあたる骨が尾骨の位置です。

尾骨の位置に自分の握りこぶしをあてがいます。

握りこぶしの位置を、逆さにした正三角形の下の角として、上の2か所の角が仙腸関節のある位置です。

※最初にクロスベルト（A）の面ファスナーを、ベルト本体（B）からはがした状態にして下さい。

1



表裏をご確認の上、ハニカムプレートが入っているポケットを的確に腰の位置にあてて下さい。

あてる位置は、上記の「仙腸関節 位置の見つけ方」をご参照下さい

2



ベルト本体（B）を両手で伸ばしながら前面で重ね合わせ、面ファスナーで留めて下さい。この時ベルトをきつく締めすぎず、ウエストに平行に巻きつけるのではなく、斜め下方向につけるのがコツです。

3



クロスベルト（A）を下腹部に向けて引き伸ばして下さい。

4



締め付けの強さを調整しながらクロスベルト（A）を留めます。

5

装着完了です。強く締めすぎると身体に負担をかける場合がありますので、心地良い装着位置・強さを調整して下さい。

ハニカムプレートの取り出し方



ハニカムプレートのエッグシェルの突起がある面を内側にして、軽く折り曲げるように引き抜きます。

⚠過度に力を加えると破損の可能性があります。

※洗濯の際は、内側のポケットから必ずハニカムプレートとヒートパッドを取り出して下さい。

⚠ベルトの先を面ファスナー以外の場所に留めると、生地の破損や縫製糸のほつれの原因になります。必ず面ファスナーの上に留めて下さい。

<付属のアンダーベルト>

更に固定力を強くしたい方は、必要に応じて使用して下さい。

大転子 位置の見つけ方



上半身を少し横に倒したとき、太ももの骨の一番出っ張った部分が大転子のある位置です。

1



お尻を下から持ち上げるイメージで、大転子を押さえるようにし、アンダーベルトを面ファスナーで留めます。

押さえる位置は、上記の「大転子 位置の見つけ方」をご参照下さい

2



締め付けの強さを調整しながら、アンダーベルトの上からクロスベルト（A）を留めて、装着完了です。
強く締めすぎると身体に負担をかける場合がありますので、心地良い装着位置・強さを調整して下さい。

装着図



〈背面〉　〈横面〉

<付属のヒートパッド>

冷えが気になる時や寒さが厳しい冬などには、体温を蓄熱する機能素材の特殊シート「ヒートパッド」をプラスして、ぽかぽかサポート！



半円に型抜きがある方が上部になります。

※ヒートパッドに裏表はありません。

ベルト本体を裏面にした場合、ハニカムプレートが手前に、ヒートパッドが奥になるように入れて下さい。



ハニカムプレートの外側に沿うようにヒートパッドを入れて下さい。
※ハニカムプレートの内側にヒートパッドを入れるとネオジム磁石の磁力の伝わりが弱くなります。

酒井慎太郎監修 腰用サポートベルト　取扱説明書

★

【管理医療機器】機械器具 81　磁気治療器　JMDN コード 71016000　【一般的名称】家庭用永久磁石磁気治療器　【認証番号】227AKBZX00004000

⚠ 警 告

●本製品の分解・改造・修理は絶対にしないで下さい。
●本製品を使用しないときは付属のポリエチレン袋に入れ、取扱説明書と一緒に保管して下さい。
●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内埋め込み型医用電気機器を使用している方は、ご使用にならないで下さい。
●脳脊髄液（のうせきずいえき）短絡術用圧可変式シャントなど、磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している方は、ご使用にならないで下さい。
●他の治療器と同時に使用しないで下さい。
●医用機器を常用している方は、医師にご相談の上ご使用下さい。
●磁気共鳴画像診断装置（MRI）の検査を受ける時は、検査の前に必ず使用を中止して下さい。
●本製品は化学繊維を含みます。化学物質過敏症の方は使用前に医師にご相談下さい。
●本製品に使用している磁石の磁気により、電化製品などの機器に影響を及ぼす恐れがあります。各機器の説明書をご確認の上、保管場所や保管方法にご注意下さい。

⚠ 禁忌・禁止

●ポリエチレン製内袋は捨てないでください。本製品と取扱説明書を一緒に内袋に収納して、保管して下さい。
●磁石（ハニカムプレート）を入れたまま洗濯しないで下さい。
●本製品付属の磁石（ハニカムプレート）以外の磁石は、ご使用にならないで下さい。

形状・構造及び原理等

本製品は、その設計により固定性と可動性のバランスを保ちつつ腹斜筋の働きをサポートし、腰部コルセットとして機能します。また、磁石プレートに組み込まれた永久磁石の治療効果により、装着部位のコリおよび血行の改善をします。

寸 法

S サイズ：　84cm
M サイズ：　88cm
L サイズ：　94cm
LL サイズ：100cm
3L サイズ：106cm

全サイズ、
ベルト幅は 27cm

製品素材

ベルト本体：ナイロン、ポリウレタン、
ポリエステル（ゴム糸使用）
永 久 磁 石：ネオジム磁石
ニッケルメッキ後、金メッキ仕上げ

使用目的、効果、効能

本製品は一般家庭でご使用いただく磁気治療器です。装着部位のコリおよび血行の改善をします。

品目仕様等

ベルト本体

製品素材：ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル（ゴム糸使用）
製品幅：27cm±1cm
製品長さ：84 ～ 106cm±3cm
製品サイズ：5 サイズ：S、M、L、LL、3L

永久磁石

製品素材：ネオジム磁石　ニッケルメッキ後、金メッキによる表面仕上げ
製品形状：円柱型永久磁石
製品寸法：10φ×1.3mm、8φ×0.7mm の二段構造
最大磁束密度：160mT±25%（120～200mT）
※上記の製品規格は、磁石8個を組み込んだハニカムプレートをベルトに封入し、製品装着時身体側に向く面を表面とし、表面全体に対する磁気測定時の最大磁束密度
※160mT=160 ミリテスラ=1600 ガウス
※ベルトに封入時、最大磁束密度の低減率は 28.1 ～ 40.8%

ハニカムプレート

製品素材：ポリプロピレン
製品寸法：上辺 21.3cm、下辺 25cm、高さ 22.3cm

ヒートパッド

製品素材：ポリエチレン、ポリエステル
製品寸法：上辺 21.3cm、下辺 25cm、高さ 22.3cm

付属アンダーベルト

製品素材：ポリエステル、ナイロン（ゴム糸使用）
製品寸法：
S サイズ：58cm
M サイズ：64cm
L サイズ：70cm
LL サイズ：76cm
3L サイズ：82cm

操作方法または使用方法

《 装着方法を記した図（裏面記載）をご覧いただき正しく着用して下さい 》

※装着にあたっては、まず面ファスナーをすべてはがした状態にして下さい。

①表裏をご確認の上、ハニカムプレートが入っているポケットを的確に腰の位置にあてて下さい。
②ベルト本体を両手で伸ばしながら前面で重ね合わせ、面ファスナーで留めて下さい。この時ベルトをウエストに平行に巻きつけるのではなく、斜め下方向につけるのがコツです。
※この後、クロスベルトで締め付けの強さを調整できますので、ベルト本体は強く締めすぎないようにお気を付け下さい。
③クロスベルトを下腹部に向けて引き伸ばして下さい。
④締め付けの強さを調整しながらクロスベルトを留めます。このとき、ハニカムプレート下部のエッグシェルが臀部下方に心地よく当たるよう調整して下さい。
⑤装着完了です。強く締めすぎると身体に負担をかける場合がありますので、心地良い装着位置・強さを調整して下さい。

【ご使用上の注意】
左記、⚠**警告** の項目をご一読下さい。

≪次の人は使用前に必ず医師に相談して下さい≫
●悪性腫瘍（しゅよう）のある方。
●心臓に障害のある方。
●妊娠初期の不安定期または出産直後の方。
●糖尿病など、高度な末しょう循環障害による知覚障害のある方。
●安静を必要とする方。
●体温 38 ℃以上で有熱期の方。
例 1. 急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など］の強い時期。　例 2. 衰弱しているとき。
●捻挫（ねんざ）、肉離れなど、急性とう痛性疾患の方。
●医用機器を常用している方。
●腰痛などで通院されている方。
●皮膚に感染症や創傷のある方。
●装着部位に、傷、はれもの、湿疹等の異常がある方。
●化学物質過敏症の方。
●慢性皮ふ炎や、ゴム素材によるアレルギー体質の方。

≪ご使用に際して、次のことにご注意下さい≫
●必ず肌着の上から装着して下さい。
●就寝時は使用しないで下さい。
●無理な締め付けは、身体に負担をかけますのでおやめ下さい。
●本来の目的用途以外には、使用しないで下さい。

≪下記の場合は使用を中止し、医師にご相談下さい≫
●身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止して下さい。
●装着部に発しん、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止し医師又は専門家にご相談下さい。
●使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家にご相談下さい。

【お取扱上の注意】
●ご使用前には縫製の“ほつれ”や破れた部分がないことを確認し、不具合がある場合には使用を中止して、販売店等にご連絡下さい。
●本製品に故障や不具合が発見された場合は使用を直ちに中止し、販売店等にご連絡下さい。
●しばらく使用せず本製品を再度使用するときは、製品表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認して下さい。
●時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないで下さい。
●電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけると、医療機器が正常に作動しなくなる恐れがありますのでご注意下さい。
●本製品付属のハニカムプレート以外の磁石は、ご使用にならないで下さい。
●本製品を勝手に改造、修理しないで下さい。

【保守・点検に係る事項】
≪お手入れについて≫
●洗濯の際、付属のハニカムプレートとヒートパッドは、必ずベルト本体内側のポケットから取り出して下さい。
●洗濯の際に取り出したハニカムプレートは、必ず付属のポリエチレン袋に収納し、お子様の手の届かないところ、及び磁気の影響を受けるものがない場所に保管して下さい。
●耐久性を損なうことがあるので、洗濯表示にしたがってお取り扱い下さい。
●洗濯の際、はじめのうちは色落ちする場合がございます。
●ご使用により、ヨレジワ等ができる場合がありますが、構造上問題はありません。

≪保管について≫
●ご使用後の製品は、完全に乾いてから本取扱説明書と一緒に付属のポリエチレン袋に収納し、お子様の手の届かない所に保管して下さい。
●湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

≪廃棄・処分について≫
●本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従い正しく処分、廃棄をして下さい。

【包装】
製品の包装単位：1枚／箱



【製造販売業者および製造業者】
目黒精工株式会社
東京都目黒区平町2-18-10
TEL：03-3723-6601

【販売業者】
株式会社ヴァルテックス